



6 その他の臨床所見

ノモグラムの使い方

- 1 (A)と(C)から, (B)上に Baldwin の予測式による予測肺活量が得られる。(B)と(D)とから(E)上に予測肺活量に対する1秒率が得られる。
- 2 (D)を1秒量の代わりに実測肺活量とすれば, (B)と(D)とから(E)上にパーセント肺活量が得られる。
- 3 (B)に実測肺活量を代入すれば, (B)と(D)とから(E)上に通常の1秒率が得られる。



